국민의 나라 정의로운 대한민국

식품의약품안전처

# 식품의약품안전처

수신 수신자 참조
(경유)
제목 식품등 안전관리 협조 요청[환자 유동식 공급용 피딩 백·튜브]

1. 귀 기관(단체)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 처에서는 최근 환자 유동식 공급용 피딩 백·튜브* 등 제품에 대해 식품용 기구로서의 기준·규격 적합 여부 등을 조사한 결과, 일부 제품에서 프탈레이트가 용출규격을 초과하는 등 부적합 6개 제품에 대하여 판매 중단 및 회수 조치(2.28일자 보도자료)한 바 있습니다.

* 질병·수술 등으로 음식물을 삼킬 수 없는 환자를 대상으로 입이나 코를 통해 인체에 삽입된 튜브 카테터에 연결하여 유동식을 공급할 때 사용

3. 따라서, 병·의원, 노인요양병원, 요양원 등에서 환자 유동식 공급용 피딩 백·튜브 등을 사용하고자 할 경우, 납품 업체로부터 식품용 기구의 기준·규격에 적합하다는 식약처 공인검사기관의 시험 성적서를 반드시 확인하고 구입·사용하도록 귀 기관의 회원사들에게 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.

* **식약처 공인검사기관 성적서:** 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제 11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항 제1호에 따른 시험·검사 성적서

끝.



식품의약품안전처장

수신자 대한병원협회, 대한중소병원협회, 대한의사협회, 한국노인장기요양기관협회, 대한노인요양병원협회, 한국의료기기산업협회, 한국의료기기공업협동조합

| 주무관 | 최수진 | 사무관 | 대결 2018. 2. 28.<br>김성일 | 과장 | 전결 |
|---|---|---|---|---|---|

협조자

시행 식품안전관리과-1460 (2018. 2. 28.) 접수

우 28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 오송보건의료행정타운 식품의약품안전처 / www.mfds.go.kr

전화번호 043-719-2058 팩스번호 043-719-2050 / lab98sj@korea.kr / 대국민 공개

일자리가 성장이고 복지입니다.